



Our Logo

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे - ४११ ०१८.

मध्यवर्ती साहित्य भांडार, वैद्यकीय

ई - निविदा सुचना क्रमांक - ०६/२०१०-२०११

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या तालेरा रुग्णालयातील क्रांतिवीर चापेकर रक्तपेढीकरीता आवश्यक लागणारी उपकरणे खरेदीकामी उत्पादित कंपनी, अथवा त्यांचे अधिकृत विक्रेते / वितरक यांचेकडून ई-टेंडरींग कार्यप्रणालीद्वारे निविदा मागविण्यात येत आहेत.

अ.क्र. साहित्याचा तपशील	अंदाजे किंमत र.रु.	बयाणा र.रु.	अनामत र.रु.	निविदा फॉर्म फी र.रु.	कामाची मुदत
१. रक्तपेढीसाठी उपकरणे खरेदीबाबत..	८३,१६,०००/-	८३,१६०/-	४,१५,८००/-	१,५००/-	६० दिवस

सदर निविदेतील पुरवठ्याचा तपशिल, अनामत, बयाणा रक्कम, नियम, अटी-शर्ती निविदा शेड्युल इत्यादीची माहिती मनपाच्या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. याकामी मनपाच्या वैद्यकीय विभाग, मुख्य कार्यालय, पिंपरी-१८ येथे पुरवठाधारकांनी त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करणेसाठी नोंदणी फी र.रु. ३,०००/- चा डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनपा कोषागारात रोख रक्कम भरलेची पावती व शॉप अॅक्ट दाखला अथवा फॅक्टरी अॅक्ट परवाना, अद्यावत विक्रीकर नोंदणी दाखला, आयकर भरत असलेबाबतचा पुरावा / पॅन कार्ड इत्यादी गॅझेटेड ऑफीसरकडून सत्यप्रत केलेली कागदपत्रे वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, मनपा मुख्य इमारत, दुसरा मजला, पिंपरी-१८ येथे सादर करून नोंदणी करण्यात यावी. नोंदणी बाबातची सविस्तर माहिती व नोंदणी फॉर्म वैद्यकीय विभाग, मुख्य कार्यालय (मनपा मुख्य कार्यालय) येथे मिळेल. सदरची नोंदणी दिनांक २०/०८/२०१० रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत करण्यात यावी.

सदरची निविदा फक्त ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत दिनांक ०२/०८/२०१० ते दिनांक २१/०८/२०१० अखेर दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत ई-टेंडरींग पध्दतीने भरता येईल. जे निविदाधारक ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत दिनांक २०/०८/२०१० पर्यंत नोंदणी करतील त्यांनाच Digital Key देण्यात येणार आहे. त्यांनाच

निविदा भरता येतील. निविदाधारकांनी निविदेची फॉर्म फी, बयाणा रक्कम मनपा खात्यात ऑनलाईन बँकिंग सिस्टिम (Electronic Banking Service) द्वारे भरावयाची आहे. सदर निविदेचे फॉर्म विक्रीसाठी ठेवणेत येणार नाहीत व फॉर्म स्विकृतीसाठी निविदा बॉक्स ठेवण्यात येणार नाही. मनपाकडे ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनी निविदा भरताना उत्पादित कंपनी असलेचे प्रमाणपत्र अथवा उत्पादित कंपनीचे अधिकृत विक्रेते / वितरक असलेचे प्रमाणपत्र (उत्पादित कंपनीच्या लेटर हेडवर निविदा नोटीस क्रमांक नमुद करुन मुळ पत्र), मशिनरीच्या स्पेशिफिकेशनचे माहितीपत्रक, निविदा अटी व शर्ती मान्य असलेचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे निविदा दरासोबत वेबसाईटवर सादर करावीत. कोणतेही कारण न देता निविदा पुर्णतः किंवा अंशतः मंजूर अथवा नामंजूर करणेचा अधिकार मा.आयुक्त यांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे.

सदरची निविदा www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सही/-

(अशीष शर्मा)

आयुक्त

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

पिंपरी, पुणे - 411 018.

जाहिरात क्रमांक - ११९

क्रमांक-मसाभां/५/कावि/ ४८९ /२०१०

दिनांक : २९/०७/२०१०

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे - ४११ ०१८.

मध्यवर्ती साहित्य भांडार, वैद्यकीय

ई - निविदा सुचना क्रमांक - ०६/२०१०-२०११

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या तालेरा रुग्णालयातील क्रांतिवीर चापेकर रक्तपेढीकरीता आवश्यक लागणारी उपकरणे खरेदीकामी उत्पादित कंपनी, अथवा त्यांचे अधिकृत विक्रेते / वितरक यांचेकडून ई-टेंडरींग कार्यप्रणालीद्वारे निविदा मागविण्यात येत आहेत.

अ.क्र. साहित्याचा तपशील	अंदाजे किंमत र.रु.	बयाणा र.रु.	अनामत र.रु.	निविदा फॉर्म फी र.रु.	कामाची मुदत
१. रक्तपेढीसाठी उपकरणे खरेदीबाबत..	८३,१६,०००/-	८३,१६०/-	४,१५,८००/-	१,५००/-	६० दिवस

१. सदर निविदेतील पुरवठ्याचा तपशिल, अनामत, बयाणा रक्कम, नियम, अटी-शर्ती निविदा शेड्युल इत्यादीची माहिती मनपाच्या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. याकामी मनपाच्या वैद्यकीय विभाग, मुख्य कार्यालय, पिंपरी-१८ येथे पुरवठाधारकांनी त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करणेसाठी नोंदणी फी र.रु. ३,०००/- चा डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनपा कोषागारात रोख रक्कम भरलेची पावती व शॉप अॅक्ट दाखला अथवा फॅक्टरी अॅक्ट परवाना, अद्यावत विक्रीकर नोंदणी दाखला, आयकर भरत असलेबाबतचा पुरावा / पॅन कार्ड इत्यादी गॅझेटेड ऑफीसरकडून सत्यप्रत केलेली कागदपत्रे वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, मनपा मुख्य इमारत, दुसरा मजला, पिंपरी-१८ येथे सादर करून नोंदणी करण्यात यावी. नोंदणी बाबातची सविस्तर माहिती व नोंदणी फॉर्म वैद्यकीय विभाग, मुख्य कार्यालय (मनपा मुख्य कार्यालय) येथे मिळेल. सदरची नोंदणी दिनांक २०/०८/२०१० रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत करण्यात यावी.

सदरची निविदा फक्त ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत दिनांक ०२/०८/२०१० ते दिनांक २१/०८/२०१० अखेर दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत ई-टेंडरींग पध्दतीने भरता येईल. जे निविदाधारक ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत दिनांक २०/०८/२०१० पर्यंत नोंदणी करतील त्यांनाच Digital Key देण्यात येणार आहे. त्यांनाच निविदा भरता येतील. निविदाधारकांनी निविदेची फॉर्म फी, बयाणा रक्कम मनपा खात्यात ऑनलाईन बँकिंग सिस्टिम (Electronic Banking Service) द्वारे भरावयाची आहे. सदर निविदेचे फॉर्म

विक्रीसाठी ठेवणेत येणार नाहीत व फॉर्म स्विकृतीसाठी निविदा बॉक्स ठेवण्यात येणार नाही. मनपाकडे ई-टेंडरींग प्रक्रिये अंतर्गत नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांनी निविदा भरताना उत्पादित कंपनी असलेचे प्रमाणपत्र अथवा उत्पादित कंपनीचे अधिकृत विक्रेते / वितरक असलेचे प्रमाणपत्र (उत्पादित कंपनीच्या लेटर हेडवर निविदा नोटीस क्रमांक नमुद करुन मुळ पत्र), मशिनरीच्या स्पेशिफिकेशनचे माहितीपत्रक, निविदा अटी व शर्ती मान्य असलेचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे निविदा दरासोबत वेबसाईटवर सादर करावीत.

२. निविदेमधील दराची मुदत कमीत कमी १८० दिवसांची असावी.
 ३. पुरवठाधारकाने आपले दर सर्व करांसह (उदा.विक्री कर, जकात, वाहतूक इत्यादी) देणेत यावेत.
 ४. निविदा मंजुर पुरवठाधारकास करारनामा करणेपूर्वी असा ठेकेदार/ ठेकेदारी संस्था मनपाचे विद्यमान नगरसेवक व स्विकृत सदस्य यांचेशी संबंधित नसलेबाबत र.रु. १००/- चे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र नोटराइज् करुन दयावे लागेल.
 ५. निविदा धारकांनी स्वतःच्या कोणत्याही अटी देवू नयेत.
 ६. कोणत्याही निविदाधारकाचे निविदा दर मंजुर केल्यानंतर शासनाने त्यामध्ये काही करवाढ केल्यास अशी कोणतीही करवाढ मंजुर केली जाणार नाही. म्हणजेच निविदा मंजुर होणा-या ठेकेदारास निविदे मधील दराखेरीज / मंजुर झालेल्या दराखेरीज कोणताही जादा आकार मनपा मार्फत दिला जाणार नाही.
 ७. पुरवठा धारकास मनपामार्फत जकात माफीचा दाखला दिला जाणार नाही. मनपा नियमानुसार जकात भरणे आवश्यक आहे.
 ८. मशिनरीचा १ वर्ष गॅरंटी / वॉरंटी पिरीयड संपलेनंतर पुढील ३ वर्षाकरीता मोफत लेबर सर्व्हिसींग करुन दयावयाचे आहे. याबाबींचा निविदा दर सादर करताना विचार करण्यात यावा.
 ९. निविदा मंजुर झालेनंतर पुरवठाधारकास वर्क ऑर्डर रकमेच्या ५% प्रमाणे होणा-या रकमेतून भरलेली बयाणा रक्कम वजा जाता उर्वरीत अनामत रकमेचा एफ.डी.आर. सादर करावा लागेल. तसेच अनामत रकमेचा ३% प्रमाणे होणारी रक्कम अधिक र.रु. १००/- चे स्टॅम्प पेपरवर लेखी करारनामा करुन दयावा लागेल.
 १०. निविदेतील स्पेशिफिकेशनप्रमाणे अथवा वर्क ऑर्डर सोबतच्या स्पेशिफिकेशनप्रमाणे साहित्याचा पुरवठा स्वखर्चाने पुरवठा आदेशात नमुद केलेल्या ठिकाणी करावा लागेल. अन्यथा साहित्य स्विकारले जाणार नाही.
-

११. पुरवठा आदेशात दिलेल्या मुदतीत साहित्याचा पुरवठा न केल्यास पुरवठा आदेशामध्ये नमुद केलेनुसार विलंब आकार देय बिलातून वजा केला जाईल. मुदतवाढ देणे अथवा न देणे हे शाखाप्रमुखावर अवलंबून राहिल. तसेच विलंब आकार माफ करणे, शिथिल करणे अथवा कायम करणे इत्यादी अधिकार मा.आयुक्त यांचेकडे राहिलील.
१२. करारनामा कालावधीत उभय पक्षाच्या मान्यतेने करारनामा कालावधी वाढविल्यास या कालावधीमध्ये मंजुर निविदा दरानुसार, मंजुर स्पेशिफिकेशननुसार मशिनरी / साहित्याचा पुरवठा मंजुर पुरवठाधारकास करावा लागेल.
१३. सदर निविदा स्विकृतीच्या अंतिम दिनांकाच्या दिवशी दुपारी ४=०० वाजता किंवा निविदा कमिटी ठरविल त्या दिवशी व वेळेस निविदा उघडण्यात येतील. निविदा उघडण्याच्या वेळेस निविदाकार स्वतः अथवा त्यांचा प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकेल.
१४. निविदा मंजुर पुरवठाधारकाने पुरविलेले साहित्य स्पेशिफिकेशनप्रमाणे आहे किंवा त्याच कंपनीचे असलेबाबत सक्षम अधिकारी यांचे खात्री झालेशिवाय साहित्य स्विकारण्यात येणार नाही. अथवा स्विकारले तर बिलासोबत सक्षम अधिकारी यांचेकडील तपासणी अहवाल म्हणजेच साहित्य स्पेशिफिकेशनप्रमाणे असलेबाबतचा लेखी तपासणी अहवाल सादर करावा लागेल.
१५. निविदा मंजुर पुरवठाधारकाने निविदेसोबत / ठेकेदार नोंदणी अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे अवैध, अपुर्ण किंवा दिशाभूल करणारी असलेस तसेच करारनामा करणेस पाचारण केले असता करारनामा करणेस टाळाटाळ केलेस, किंवा करारनामा करणेस असमर्थता दर्शविलेस, तसेच साहित्याचा पुरवठा करणेस असमर्थता दर्शविलेस, किंवा साहित्याचा पुरवठा अर्धवट केलेस सदर कामापोटी जमा केलेली बयाणा, अनामत रक्कम जप्त करून पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येईल. अशा निविदाधारकांवर विधिवत दंडनिय व शिस्त भंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.
१६. निविदेमधील अॅटमचे प्रमाण कमी / अधिक होण्याची शक्यता आहे. तथापि मंजुर दरानेच जादा अथवा कमी साहित्याचा पुरवठा करावा लागेल. त्याकरीता वाढीव दराची मागणी करता येणार नाही.
१७. आदेशामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये साहित्याचा पुरवठा करावा लागेल अन्यथा आदेशात नमुद केलेनुसार विलंब आकार आकारण्यात येईल.
१८. मशिनरी / साहित्याचा पुरवठा मनपाचे मध्यवर्ती साहित्य भांडार, वाय.सी.एम. रुग्णालय, संत तुकारामनगर, पिंपरी-१८ येथे स्वखर्चाने करावा लागेल.

१९. निविदाधारकांवर निविदेतील, करारनाम्यातील, पुरवठा आदेशातील सर्व अटी-शर्ती तसेच सक्षम अधिका-यांनी दिलेल्या सुचना बंधनकारक राहतील. यापैकी कोणत्याही अटी शर्तीचा भंग केल्यास निविदाधारकांचे बयाणा / अनामत रक्कम जप्त करून पुढील योग्य ती कार्यवाही करणेत येईल.
२०. कोणतीही अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार मा.आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - ४११ ०१८ यांनी राखून ठेवला आहे.

सही/-

आयुक्त

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

पिंपरी, पुणे - ४११ ०१८.

PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION, PIMPRI- 411 018.

MEDICAL DEPARTMENT

(Central Material Store)

S.N.	Particulars	Mfg.by	Qty.	Rate
1	Walk in Cooler as per attached specification		1 No.	
2	Refrigerated Centrifuge as per attached specification		1 No.	
3	Platelet Agitator & Incubator as per attached specification		1 No.	
4	Laboratory Centrifuge Machine		1 No.	
5	Deep Freezer as per attached specification		1 No.	

Sd/-

MEDICAL OFFICER OF HEALTH
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL
CORPORATION, PIMPRI-411 018.

Specification for Walk-in-cooler

Proposed Chiller Room Size : 93 Inch x 93 Inch x 86.97 Inches. (Ext.Ht.)
(2 Deg.C. to 4 Deg.C)

All dimensions are external.
All dimensions are in Inch

S.N.	S.N.	Design Parameters	
A	1	Insulation Type for Chiller Room	For Walls and Ceiling: 60 mm prefab. PUF panels, inside & outside Pre painted GI finish, as per the temp requirement.
	2	Floor Insulation for Chiller Room	60 mm Thk. Puf panel (PP-Outer 9 mm Marine Ply- 2mm Al. Chq. Plate.)
	3	Pull Down time	24 Hrs.
	4	Ambient Temperature	+ 40° C
	4	Final Room Temp.	(+) 2 Deg C to (+) 4 Deg.C

Solution Offered: ---

S.N.	S.N.	Specifications	
A	1	Chilling units for Chiller room	2 # condensing unit with matching evaporative unit (Qty. 1 #) suitable to maintain the temperature of (+) 2 Deg.C. to (+) 4 Deg.C. (Air cooled unit) One unit standby Ref. capacity.
	2	Compressor run time	19-20 Hrs for Chiller room.
	3	Refrigerant	R 22
	4	Total Approx. Power input (Each)	1.6 KW per hour.

B		Door :---	
	1	Door size	Clear door opening of 34" x 78" , Total 1 No. 60 Thk. PP/PP finish.
	2	Door Type	With Heavy duty hinges.(Single leaf, Right hand Swing Type,)

C	1	Rack	S.S. Racks for 1000 Bags
---	---	------	--------------------------

Sd/-

**MEDICAL OFFICER OF HEALTH
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL
CORPORATION, PIMPRI-411 018.**

Specifications for Blood Bank Centrifuge

- 12 x 500 ml bag capacity.
- G force for blood bags - 6294g
- Temperature range - -20°C to $+40^{\circ}\text{C}$
- Run time 1 sec to 999 min, 59 sec, oo continuous run
- 89 program memory.
- Non wind shielded rotor.
- Power lid locking.
- Ergonomic rail grip on lid.
- Counterbalanced lid.
- Large viewing port on lid for optical speed detection.
- Dusokat oabek ib fribt,
- Automatic rotor recognition.
- Imbalance switch-off.
- Knob for changing the parameters.

Sd/-

**MEDICAL OFFICER OF HEALTH
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL
CORPORATION, PIMPRI-411 018.**

Specification for Platelet Agitator & Incubator

Sr.No.	Parameters	Product Specification
1	Temperature control System	Microcontroller based Digital Temperature recorder control unit coupled with a unique air circulation system maintains incubator chamber uniformly at FDA recommended temperature ranges of $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$
2	Safety standards	Designed to meet all international safety standards of En60601-1.
3	Agitation system	Flat bed agitation system, which reduces shear stress damage on the platelets.
4	Accessibility to platelets	Pause switch enables interruption of agitation for removal or replacement of platelet storage bags in the machine and automatic restart in 10 seconds.
5	Visibility of platelets	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent door with toughened glass gives clear visibility of bags within the chamber. • Flicker free CFL provides uniform lighting.
6	Cleaning and loading of platelets	Smooth sliding stainless steel trays easily removable for cleaning as well as enable easy removal or loading of bags in the trays.
7	Interior & Exterior	Stainless steel interior and powder coated sheet metal exterior which withstand corrosion and wear & tear
8	Protections against input voltage fluctuation or variations	A built in voltage stabilizer protects the incubator from voltage fluctuation.
9	Battery back up to Temperature control Unit	Battery back for 2 hours for temperature recorder for continuous operations during power failure.
10	Agitation speed	Agitation at constant speed of 75 ± 5 cycles/min, prevents clamping and facilitates max, platelet viability.
11	Capacity of storage	24 bags
12	Alarms	8 audio-visual alarms to intimate any abnormal condition.

sd/-

**MEDICAL OFFICER OF HEALTH
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL
CORPORATION, PIMPRI-411 018.**

Specification for Deep Freezer

Sr.No.	Parameters	Product Specification
1	Temperature Control System	Microcontroller Based digital temperature with PT 100 Sensor (1°C Accuracy)
2	Battery Back up	2 Hours battery back up to temperature control unit.
3	Alarm	Provided Audio-Visual Alarm for deviation in Temperature from set temperature.
4	Capacity	300 Ltr. 320 bags (250ml)
5	Temperature Recorder	Microcontroller based 7 days circular chart temperature recorder.
6	Trays	4 Fixed trays of stainless steel plasma basket
7	Insulation	5 Thick CFC free PUF Insulation with gasket sealing is provided.
8	Power	Works on 230+/- 10% V AC, Single Phase, 50 Hz
9	Temp Range	-40°C to -37°C at ambient temperature 24+/- 5°C.
10	Prevention of moisture condensation	Hot line provided around the mouth of the cabinet, prevents moisture condensation.
11	Interior & Exterior	Single body structure, Stainless still interior & MS sheet powder coated exterior.
12	Door locking system	Duty latch with lock & Key provided.
13	Easy Transportation	Lokable caster wheels provided for easy transportation.
14	Certification	ISO 9001 : 2000

sd/-

**MEDICAL OFFICER OF HEALTH
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL
CORPORATION, PIMPRI-411 018.**